Locator Overdenture Implant

La opción menos invasiva con un coste razonable para crestas estrechas

Secuencia de fresado

Profundidad para distintos tipos de hueso



TIPO DE HUESO	2.4MM DIÁMETRO IMPLANTE DIÁMETRO DE LA FRESA	2.9MM DIÁMETRO IMPLANTE DIÁMETRO DE LA FRESA
D1	1.2 mm 1.6 mm 2.1 mm **(L-4)**	1.2 mm 1.6 mm 2.4 mm **(L-4)**
D2 / D3	1.2 mm 1.6 mm **(L-4)**	1.2 mm 1.6 mm 2.1 mm **(L-4)**
D4	1.2 mm 1.6 mm **(L-4)**	1.2 mm 1.6 mm 2.1 mm **(L-4)**

L-4: Para huesos de tipo D2, D3 o D4; utilizar la fresa final hasta una profundidad de 4 mm. inferior a la longitud del implante.

El tipo de hueso es una clasificación general. La calidad del hueso debe ser valorada a partir de un estudio preoperatorio, que aconseje el torque adecuado de inserción.

EJEMPLO DE SECUENCIA DE FRESADO

El ejemplo muestra: técnica quirúrgica para Implante de 2.9 mm. x 12 mm.